

Liste des produits


Produit	Modèle	Référence
Adaptateur d'essai	SR 328	T01-1202

Description du produit

L'adaptateur d'essai SR 328 est utilisé pour raccorder le demi-masque à purification d'air (APR) SR 100 / SR 900 à un instrument de mesure en vue de procéder à un essai d'étanchéité quantitative. L'adaptateur se raccorde à l'une des soupapes expiratoires du masque.

L'adaptateur est uniquement destiné à pratiquer un essai d'étanchéité quantitative dans des conditions d'essai. Il ne doit en aucun cas être utilisé dans des conditions de travail réelles.

- A. Siège de soupape du masque
- B. Adaptateur
- C. Tube
- D. Membrane de la soupape expiratoire
- E. Couvercle de la soupape



Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com
www.srsafety.com