

Produktblatt

Produkt
Testadapter

Modellbezeichnung
SR 328

Best. Nr.
T01-1202

Produktbeschreibung

Mit Hilfe des Testadapters SR 328 wird die Halbmaske SR 100 / SR 900 oder Vollmaske SR 200 an ein Messinstrument angeschlossen, um einen Passtest durchzuführen.

Der Adapter wird an eines der Ausatemventile der Maske angeschlossen.

Der Adapter ist nur für gelegentliche Passtests vorgesehen. Er darf nicht bei der gewöhnlichen Arbeit verwendet werden.

- A. Ventilsitz der Maske
- B. Adapter
- C. Anschlusschlauch
- D. Ausatemmembrane
- E. Ventildeckel

